※本装具の使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読み下さい。本取扱説明書はお読みになった後も大切に保管して下さい。

パワフルリストZ　523N　取扱説明書

警告　（この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります）

- **本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認し、ご使用いただく装具です。**
- **本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用下さい。**
- **本装具の使用により過度の圧迫による痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士にご相談下さい。**
- **使用期間及び使用状況により装具に不具合、破損が生じた場合はすぐに使用を中止して下さい。**
- **痛みや傷がある場合は使用しないで下さい。**
- **本装具の加工、改造は絶対に行わないで下さい。**
- **ご本人以外のご使用はお止め下さい。**

注意　（この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります）

- **装着前に必ず本体等に異常がないか確認して下さい。**
- **装着の際は、前後、左右、表裏を確認し装着して下さい。**
- **装具の圧迫が気になる部分には、付属のパッド（粘着付）をご使用下さい。改善されない場合は医師または義肢装具士にご相談下さい。**
- **長期間使用する過程で形状が変わる可能性があります。フィット性や背屈角度の調整は、医師または義肢装具士にご相談下さい。**
- **常に乾燥させてご使用下さい。**

装着方法（右手の場合）

- **本装具には左右があります。装着前に前後、左右、表裏を確認して下さい。**
- **手部（第２～５指）を装具にしっかりと差し込みます。〔①〕**
  ※母指の付け根に軽く触れる程度に差し込みます。
- **手掌部の母指側中手骨バーを手掌のくぼみに合わせます。〔②〕**
  ※小指側中手骨バーは母指側よりも上に位置します。
- **前腕部を回し、装着完了です。〔③〕**



お手入れについて

- **水洗いし、タオル等で水気を拭き取って下さい。**
- **汚れがひどい場合は中性洗剤または消毒用アルコールをご使用下さい。**

義肢製作所様用

調整方法

- **ヒートガンの先にアタッチメントを取り付け、調整したい部分の両面を熱し（曲げる際の抵抗が残っている程度）、ゆっくりと力を加えて下さい。**
  ※加熱のし過ぎは元の形状を損ないますのでご注意下さい。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元　　世界遺産　石見銀山

中村ブレイス株式会社

本　　社/〒694-0305　島根県大田市大森町ハ１３２
TEL(0854)89-0231(代)　FAX(0854)89-0018
東京事務所/〒158-0097　東京都世田谷区用賀１－１０－３
世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ　2F-25 号
TEL(03)3709-9361　　FAX(03)3709-9362

2013.7